

新用户参加“川渝”精液检测室间质量评价操作流程

一、网站报名操作流程

- 1、登录男科云平台（网址：<http://www.androcloudlab.cn/>）；
- 2、点击“室间质量评价”、点击“登录/注册”；



- 3、填写下图信息，注册后进行登录；

- 4、填写补充信息后提交（该步骤仅第一次注册室间质评需要，后续登录可直接进入室间质评）；

5、出现下面界面，表示室间质评实验室信息已成功提交，等待网站后台审核（24 小时内完成审核）：



6、后台审核通过后，再次登录男科云平台：



7、点击“室间质评报名”直接进入，根据实验室实际开展项目情况选择项目后提交即可。



请选择您需要参与的质评项目

常规质评项目 <input type="checkbox"/> 全选	功能质评项目 <input type="checkbox"/> 全选
<input type="checkbox"/> 精子浓度	<input type="checkbox"/> 精子DNA碎片
<input type="checkbox"/> 精子活力	<input type="checkbox"/> 核成熟度
<input type="checkbox"/> 精子形态	<input type="checkbox"/> 精浆生化 (精浆锌)
<input type="checkbox"/> 精子存活率	<input type="checkbox"/> 精浆生化 (柠檬酸)
	<input type="checkbox"/> 精浆生化 (果糖)
	<input type="checkbox"/> 精浆生化 (中性α葡萄糖苷酶)

二、报告及证书下载流程

- 1、登录男科云平台（网址：<http://www.androcloudlab.cn/>），登录“室间质量评价”；
- 2、近期开展室间质评点击“室间质评结果/证书”、点击“常规/功能/图片”分别进行下载；



2023年川渝精液检测室间质量评价报告(常规)

参评实验室: [redacted] 发放日期: 2023-08-28 组织单位: 四川省人类辅助生殖技术质量控制中心
四川省性学会
重庆市生殖健康与不孕专业质量控制中心

项目	单位	编号	参评实验室	您室结果	靶值	偏差(%)	允许范围	评价	得分
浓度	10 ⁶ /ml							在控	100
活力	10 ⁶ /ml							在控	
活力(前向)	%							在控	
活力(非前向)	%							在控	
形态(总片)	%							在控	
形态(圆片)	%							在控	
存活率	%							在控	
存活率	%							在控	

说明:
1 靶值: 来源于国家参考实验室(国际参考单位) 2019值。
2 允许范围: 靶值的±10%。
3 偏差(%) = |(您室结果-靶值)|/靶值*100%。
4 评价: 0-100%符合性表示评价合格100%。

另存为PDF

或点击“历史记录”、“室间质评记录”查看历年参评信息；



- 3、点击“预览质评结果”，选择右侧“另存为PDF”自行命名保存或选择打印机直接打印。

常规及功能报告使用“横向打印”，形态图片报告使用“纵向打印”。



三、参评单位基本信息修改及联络人更换

- 1、登录男科云平台（网址：<http://www.androcloudlab.cn/>），登录“室间质量评价”；
- 2、点击“用户管理”，选择个人中心；



- 3、“点击修改”，选择修改“昵称”、“电话”、“邮箱”和“密码”；



- 4、点击“点击修改实验室信息”，修改科室名称以及联络人信息；

